

Перечень закупаемых товаров АО АЖК

группа	Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС	Дополнительная характеристика	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Срок поставк товаров	Условия оплаты	Ед. изм.	Кол-во, объем	Цена за единицу, без НДС тенге	Сумма, планируемая для закупки без НДС тенге
83	26.51.52.7 00.002.00. 0796.0000 00000000	Манометр	технический, для измерения избыточного и вакуумметрического постоянного и переменного давления некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, диаметр корпуса 60 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний -1-0, ГОСТ 2405-88	для измерения давления аппарат с поверкой ДМ 05, диапазон показаний 0-120 кПа, класс точности 1,5, диаметр корпуса 63мм, в комплекте	г. Алматы, ул. Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	35,0000	2 425,20	84 882,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2016 год
83 группа «Манометр»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Манометр 26.51.52.700.002.00.0796.0000000000000000 штука
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** технический, для измерения избыточного и вакуумметрического постоянного и переменного давления некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, диаметр корпуса 60 мм, класс точности 1,5, диапазон показаний -1-0, ГОСТ 2405-88
3. **Дополнительная характеристика:** для измерения давления аппарат с поверкой ДМ 05, диапазон показаний 0-120 кПА, класс точности 1,5, диаметр корпуса 63мм, в комплекте
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** для элеваторных узлов системы отопления и ГВС
5. **Прочие характеристики:** в комплекте: трехходовой кран, муфта с внутренней резьбой d-15
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 2405-88
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 12 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска не ранее** -2016 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК»
10. **Сертификат соответствия:** предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода – производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

**Первый Заместитель Председателя Правления
Главный инженер**

D
А. Бердиханов

