

Перечень запасных товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС, тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
26.51.63.700.001 02.0796.000 000000000	Счетчик	образцовый, для определения погрешностей счетчиков, параметров сети и значения электроэнергетических величин	CE602-100K	г.Алматы, ул.Розыбакиев а 6,склад АО АЖК	с момента заключения договора в течении 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	4.0000	786 000,00	3 144 000,00

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2017 год.  
34 группа «Электросчетчики»**

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Счетчик (26.51.63.700.001.02.0796.000000000000)
2. **Количество:** 4 шт
3. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** образцовый, для определения погрешностей счетчиков, параметров сети и значения электроэнергетических величин
4. **Дополнительная характеристика** предназначены для определения погрешностей одно- и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии на местах их эксплуатации без разрыва электрической цепи и для измерений потребляемой нагрузкой-мощности во вторичных цепях измерительных трансформаторов тока и напряжении (исполнения с токовыми клещами), а также для поверки одно- и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях при наличии источника испытательных сигналов (исполнения с блоком трансформаторов тока). Приборы всех исполнений осуществляют измерения основных электроэнергетических величин в трехфазной и однофазной контролируемой сети и позволяют производить проверку правильности подключения средств измерений электрической мощности и энергии. СЕ602-100К
5. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  1. Диапазон контролируемого фазного (междуфазного) напряжения трехфазной сети при питании от контролируемой сети-46(80) - 253(440)В; при питании от однофазной сети 220В-5(8,5) - 300(520)В.
  2. Диапазон контролируемого фазного напряжения однофазной сети при питании от контролируемой сети 80-300В; при питании от однофазной сети 220В 5-300В.
  3. Диапазон определения относительной погрешности испытуемых счетчиков от минус 100 до 1000%.
6. **Прочие характеристики:** -----
7. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ Р 51350
8. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 60 месяцев со дня поставки.
9. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
10. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
11. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
12. **Условия поставки:** с момента заключения договора в течение 45 календарных дней

Заместитель Главного инженера

К. Сахарханов